ESPECIFICACIONES TECNICAS

CÓDIGO: VA-1

NOMBRE DEL EQUIPO	**EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA RODABLE CON 2 BALONES**

A DESCRIPCION GENERAL:

A01 REGULADOR DE PRESIÓN CON MANÓMETRO, DE FÁCIL CONEXIÓN AL BALÓN DE OXÍGENO.

A02 HUMIDIFICADOR DE FÁCIL CONEXIÓN AL FLUJÓMETRO.

BALONES DE OXÍGENO

A03 DOS (02) BALONES DE ALUMINIO.

A04 TIPO E.

FLUJOMETRO

A05 RANGO HASTA 15 LPM O MÁS.

FRASCO HUMIDIFICADOR

A06 REUSABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.

A07 CON MARCA DE NIVEL MÁXIMO Y MÍNIMO DE LLENADO.

A08 SALIDA PARA ACOPLE DEL KIT DE OXIGENOTERAPIA (TUBO DE CONEXIÓN Y MASCARILLA).

B ACCESORIOS

B01 COCHE METÁLICO RODABLE (CON FRENOS) PARA TRANSPORTE DE DOS (02) BALONES DE OXÍGENO.

B02 CUARENTA Y CINCO (45) KITS DE OXIGENOTERAPIA (CADA KIT COMPUESTO MÍNIMAMENTE POR UNA MASCARILLA Y UN TUBO DE CONEXIÓN): QUINCE (15) PARA PACIENTES ADULTOS, QUINCE (15) PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y QUINCE (15) PARA PACIENTES NEONATOS; SIN EMBARGO LAS CANTIDADES INDICADAS DE KITS POR TIPO DE PACIENTES PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO FINAL DEBIENDO SUMAR EN TOTAL AL MENOS CUARENTA Y CINCO (45).

CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICION:

1. CON DOS (02) AÑOS DE GARANTÍA (COMO MÍNIMO), CONTRA CUALQUIER DESPERFECTO O DEFICIENCIA DE FABRICA QUE PUDIERA MANIFESTARSE DURANTE SU USO NORMAL.
2. CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, CON UNA INTERVENCIÓN POR CADA AÑO.
3. CON UN (01) JUEGO DE MANUAL DE USUARIO AL IDIOMA ESPAÑOL.
4. INCLUYE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL USUARIO Y PERSONAL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE UNA (01) HORA RESPECTIVAMENTE.